

Serco GmbH
EMV-Zentrum
Justus-von-Liebig-Straße 18
D-53121 Bonn

Tel: int 49 (0)228 / 6681 - 558
Fax: int 49 (0)228 / 6681 - 792

Prüfberichtsnummer/Report No.: 0013/08
Seite/Page: 1/47

**Prüfbericht über die Störaussendung und -beeinflussung
elektronischer Geräte
Report on the Electromagnetic Emission and Immunity
of electronic equipment**

Prüfvorschriften: EN 60601-1-2:2007
Test Specifications: Gemäß Abschnitt 6
Gemäß Abschnitt 6.1: EN 55011, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3,
Gemäß Abschnitt 6.2: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8,
EN 61000-4-11.

Auftraggeber: Air O₂ Atemluftgeräte GmbH
Customer: Michael-Piel-Straße 20
53229 Bonn

Prüfgegenstand: Air O₂ prevention
Equipment tested: S/N: ohne

Eingangsdatum: 12.03.08
Incoming Date:

Prüfende Abteilung: E/E EMV-Zentrum
Testing Department: E/E EMC-Centre

Prüfer: Reß
Test Engineer:

Prüfort: Bonn
Test Location:

Prüfdatum: 12.03.08 und 18.03.08
Date of Test:

Bemerkungen: keine
Remarks: none

Prüfergebnis: Bestanden
Test Result: Approved

EMV-Zentrum
EMC-Centre

Qualitätssicherung
Quality Assurance

01.04.08 *[Signature]*

01.04.08 *[Signature]*
